ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬФАДЕНТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «АЛЬФАДЕНТ»

_____К.А. Вашурин

«19» января 2025 г.

Порошки для профессиональной гигиены полости рта
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Киров, 2025

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Порошки для профессиональной гигиены полости рта
G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE
и
G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS
на основе эритритола

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МОДЕЛИ) И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE на основе эритритола 120 г 1 шт., инструкция по применению 1 шт.

Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS на основе эритритола 120 г 1 шт., инструкция по применению 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

При профессиональной гигиене полости рта для очищения поверхности зубов врачами-стоматологами в стоматологических клиниках.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Порошок на основе эритритола применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей. Порошок эффективно и комфортно для пациента очищает твердые ткани, придает зубам здоровый блеск, не вызывая гиперестезию. В качестве абразивного компонента используется эритритол, что позволяет провести щадящую чистку эмали.

Порошки на основе эритритола G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE и G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS не содержит дополнительных вкусо-ароматических добавок.

Порошок на основе эритритола G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE – в качестве абразивного компонента используется эритритол 65 ± 5 мкм, подойдет для пациентов с хорошей домашней гигиеной и регулярным посещением гигиениста 1 раз в 6 месяцев.

Порошок на основе эритритола G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS – в качестве абразивного компонента используется эритритол 14 ± 5 мкм, подойдет для частого применения и безопасен для цемента корня и участков открытого дентина.

Порошки белого цвета без посторонних включений. Остаток при просеве на сите с ячейкой 100 мкм не превышает 5 %.

Порошки применяются с воздушно-абразивными стоматологическими системами, формирующими поток воздуха с абразивным порошком и водным охлаждением.

Медицинское изделие изготовлено для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях

полости рта при температуре (37±1) °С и влажности (60-90) %). Не стерильно и не подлежит стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление биоплёнки и зубного налёта с наддесневых и поддесневых поверхностей.

Чистка зубов от пигментированного налёта и пятен, возникших в результате курения, чрезмерного употребления кофе и красного вина.

Профилактическая процедура в целях предупреждения развития гингивита, пародонтита и кариеса.

Поддерживающая терапия при комплексном лечении мукозита и периимплантита.

Обработка фиссур перед герметизацией.

Чистка зубов перед отбеливанием.

Чистка зубов перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций.

Чистка дентальных имплантатов.

Чистка несъёмных ортопедических конструкций.

Обработка композитных реставраций.

Порошок на основе эритритола рекомендован к применению пациентам с брекетами, винирами, композитными реставрациями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов порошка.

Тяжёлые формы заболеваний верхних дыхательных путей.

Хронический бронхит, бронхиальная астма.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты глаз пациента от струи под давлением и образующегося аэрозоля необходимо использовать защитные очки.

Для защиты глаз и органов дыхания врачи-стоматологи должны использовать защитные очки и маски.

Перед проведением процедуры попросить пациента снять контактные линзы.

Для защиты волос пациенты и врачи-стоматологи необходимо использовать одноразовые шапочки.

Перед проведением процедуры, для защиты от высушивания и растрескивания, обработать губы и углы рта пациента вазелином.

Во время применения порошка не направлять струю на мягкие ткани полости рта и открытые участки дентина.

В течение 2-3 часов после процедуры не следует курить, пить чай, кофе или употреблять другие окрашивающие пищевые продукты.

Использовать не чаще одного раза в месяц.

Камни и твёрдые зубные отложения не могут быть удалены с помощью порошка.

Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование порошка.

Необходимо очищать наконечник аппарата пескоструйного типа от остатков порошка по окончании применения.

Избегать попадания влаги в порошок.

Не оставлять порошок в резервуаре аппарата пескоструйного типа.

Не используйте порошок после истечения срока годности.

Не используйте порошок при повреждённой упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Аллергическая реакция при непереносимости компонентов порошка. При подозрении на аллергию от использования следует отказаться.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок на основе эритритола применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошка врачу и пациенту необходимо защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, использовать слюноотсос.

Перед началом применения порошка флакон следует встряхнуть. Перед этим необходимо убедиться, что крышка флакона плотно закрыта.

Резервуар аппарата необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Каждую поверхность зуба следует обрабатывать не более 3-4 секунд, не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями. Струя должна быть направлена от десны. Для поддесневого использования необходимо использовать специально предназначенную насадку.

Внимание! Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к классу Б классификации медицинских отходов и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам.

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, относятся к классу А классификации медицинских отходов, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам (СанПиН 2.1.3684-21).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственность «АЛЬФАДЕНТ»

ООО «АЛЬФАДЕНТ»

Россия, 610010, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная, д. 5, помещ. 1003

e-mail info@g-white.ru

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ


Дата изготовления


Годен до


Изготовитель



Код партии



Номер по каталогу


Не допускать воздействия солнечного света


Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде


Температурный диапазон


Не допускать воздействия влаги

Дата последней редакции: январь 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT на основе кальция карбоната

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МОДЕЛЬ) И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT на основе кальция карбоната 300 г 1 шт., инструкция по применению 1 шт. (вкус: лимон, персик, мята или нейтральный)

НАЗНАЧЕНИЕ

При профессиональной гигиене полости рта для очищения поверхности зубов врачами-стоматологами в стоматологических клиниках.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Порошок на основе кальция карбоната применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей. Порошок эффективно и комфортно для пациента очищает твердые ткани, придает зубам здоровый блеск, не вызывая гиперестезию.

Основной компонент: сферические частицы кальция карбоната, средний размер частиц 65 ± 5 мкм.

Благодаря неограниченному количеству контактных точек, гранулы перекатываются по поверхности зуба и поэтому работают более эффективно, отсутствие острых краев, позволяет частицам порошка оказывать исключительно бережное воздействие на твердые ткани зубы, «выметая» с их поверхности все отложения.

В составе содержится комплексный антислеживатель, придающий порошку сыпучесть и делает порошок не пылящим.

Порошок на основе кальция карбоната G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT выпускается с различными вкусами (лимон, мята, персик) и без вкуса (нейтральный).

Порошок белого цвета без посторонних включений. Остаток при просеве на сите с ячейкой 100 мкм не превышает 5 %.

Порошок применяется с воздушно-абразивными стоматологическими системами, формирующими поток воздуха с абразивным порошком и водным охлаждением.

Медицинское изделие изготовлено для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности (60-90) %). Не стерильно и не подлежит стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление биоплёнки и зубного налёта с наддесневых поверхностей.

Чистка зубов от пигментированного налёта и пятен, возникших в результате курения, чрезмерного употребления кофе и красного вина.

Профилактическая процедура в целях предупреждения развития гингивита, пародонтита и кариеса.

Поддерживающая терапия при комплексном лечении мукозита и периимплантита.

Обработка фиссур перед герметизацией.

Чистка зубов перед отбеливанием.

Чистка зубов перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов порошка.

Тяжёлые формы заболеваний верхних дыхательных путей.

Хронический бронхит, бронхиальная астма.

Применение порошка G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT на основе кальция карбоната пациентам с гиперфункцией паращитовидных желёз, гипофосфатемией, гиперкальциурией, почечнокаменной болезнью, кальцинозом почек, ограниченной функцией почек необходимо согласовать с лечащим врачом.

Не используйте порошок G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT для пациентов, вынужденных принимать бессолевую или малосолевую диету.

Не используйте порошок G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT для поддесневой очистки. В этом случае следует рассмотреть возможность обработки с помощью порошков G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE, G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS.

Не используйте порошок G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT у пациентов с винирами, брекетами и композитными реставрациями для очистки пломб, коронок и/или мостовидных протезов из композитных материалов, поскольку это может привести к их повреждению. В этом случае следует рассмотреть возможность обработки с помощью порошков G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE, G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты глаз пациента от струи под давлением и образующегося аэрозоля необходимо использовать защитные очки.

Для защиты глаз и органов дыхания врачи-стоматологи должны использовать защитные очки и маски.

Перед проведением процедуры попросить пациента снять контактные линзы.

Для защиты волос пациенты и врачи-стоматологи необходимо использовать одноразовые шапочки.

Перед проведением процедуры, для защиты от высушивания и растрескивания, обработать губы и углы рта пациента вазелином.

Во время применения порошка не направлять струю на мягкие ткани полости рта и открытые участки дентина.

В течение 2-3 часов после процедуры не следует курить, пить чай, кофе или употреблять другие окрашивающие пищевые продукты.

Использовать не чаще одного раза в месяц.

Камни и твёрдые зубные отложения не могут быть удалены с помощью порошка.

Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование порошка.

Необходимо очищать наконечник аппарата пескоструйного типа от остатков порошка по окончании применения.

Избегать попадания влаги в порошок.

Не оставлять порошок в резервуаре аппарата пескоструйного типа.

Не используйте порошок после истечения срока годности.

Не используйте порошок при повреждённой упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Аллергическая реакция при непереносимости компонентов порошка. При подозрении на аллергию от использования следует отказаться.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок на основе кальция карбоната G-WHITE PROPHYCLEAR SOFT применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошка врачу и пациенту необходимо защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, использовать слюноотсос.

Перед началом применения порошка флакон следует встряхнуть. Перед этим необходимо убедиться, что крышка флакона плотно закрыта.

Резервуар аппарата необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Каждую поверхность зуба следует обрабатывать не более 3-4 секунд, не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями.

Внимание! Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к классу Б классификации медицинских отходов и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам.

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, относятся к классу А классификации медицинских отходов, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам (СанПиН 2.1.3684-21).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственность «АЛЬФАДЕНТ»

ООО «АЛЬФАДЕНТ»

Россия, 610010, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная, д. 5, помещ. 1003

e-mail info@g-white.ru

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ


Дата изготовления


Годен до


Изготовитель



Код партии



Номер по каталогу


Не допускать воздействия солнечного света



Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде


Температурный диапазон



Не допускать воздействия влаги

Дата последней редакции: январь 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Порошки для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC и G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS на основе натрия бикарбоната

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МОДЕЛИ) И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC на основе натрия бикарбоната 300 г 1 шт., инструкция по применению 1 шт. (вкус: лимон, персик, мята или нейтральный)

Порошок для профессиональной гигиены полости рта G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS на основе натрия бикарбоната 300 г 1 шт., инструкция по применению 1 шт. (вкус: лимон, персик, мята или нейтральный).

НАЗНАЧЕНИЕ

При профессиональной гигиене полости рта для очищения поверхности зубов врачами-стоматологами в стоматологических клиниках.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Порошок на основе натрия бикарбоната применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей. Порошок эффективно и комфортно для пациента очищает твердые ткани, придает зубам здоровый блеск, не вызывая гиперестезию.

Основной компонент: частицы натрия бикарбоната.

Порошок на основе натрия бикарбоната G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC средний размер частиц 60 ± 5 мкм – подойдет для начальной обработки застарелого пигментированного налета у пациентов, проходящих процедуру профессиональной гигиены.

Порошок на основе натрия бикарбоната G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS средний размер частиц 40 ± 5 мкм – более мягкая альтернатива порошку G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC.

В составе содержится комплексный антислеживатель, придающий порошку сыпучесть, гидрофобность, что защищает частицы абразива от быстрого растворения в воде водно-воздушной струи и делает порошок не пылящим.

Порошки на основе натрия бикарбоната G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC и G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS выпускается с различными вкусами (лимон, мята, персик) и без вкуса (нейтральный).

Порошки белого цвета без посторонних включений. Остаток при просеве на сите с ячейкой 100 мкм не превышает 5 %.

Порошки применяются с воздушно-абразивными стоматологическими системами, формирующими поток воздуха с абразивным порошком и водным охлаждением.

Медицинское изделие изготовлено для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности (60-90) %). Не стерильно и не подлежит стерилизации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление биоплёнки и зубного налёта с наддесневых поверхностей.

Чистка зубов от пигментированного налёта и пятен, возникших в результате курения, чрезмерного употребления кофе и красного вина.

Профилактическая процедура в целях предупреждения развития гингивита, пародонтита и кариеса.

Поддерживающая терапия при комплексном лечении мукозита и периимплантита.

Обработка фиссур перед герметизацией.

Чистка зубов перед отбеливанием.

Чистка зубов перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов порошка.

Тяжёлые формы заболеваний верхних дыхательных путей.

Хронический бронхит, бронхиальная астма.

Не используйте порошки G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC и G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS для пациентов, вынужденных принимать бессолевую или малосолевую диету.

Не используйте порошки G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC и G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS, для поддесневой очистки. В этом случае следует рассмотреть возможность обработки с помощью порошков G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE, G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS.

Не используйте порошки G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC и G-WHITE PROPHYCLEAR CLASSIC PLUS у пациентов с винирами, брекетами и композитными реставрациями для очистки пломб, коронок и/или мостовидных протезов из композитных материалов, поскольку это может привести к их повреждению. В этом случае следует рассмотреть возможность обработки с помощью порошков G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE, G-WHITE PROPHYCLEAR GENTLE PLUS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты глаз пациента от струи под давлением и образующегося аэрозоля необходимо использовать защитные очки.

Для защиты глаз и органов дыхания врачи-стоматологи должны использовать защитные очки и маски.

Перед проведением процедуры попросить пациента снять контактные линзы.

Для защиты волос пациенты и врачи-стоматологи необходимо использовать одноразовые шапочки.

Перед проведением процедуры, для защиты от высушивания и растрескивания, обработать губы и углы рта пациента вазелином.

Во время применения порошка не направлять струю на мягкие ткани полости рта и открытые участки дентина.

В течение 2-3 часов после процедуры не следует курить, пить чай, кофе или употреблять другие окрашивающие пищевые продукты.

Использовать не чаще одного раза в месяц.

Камни и твёрдые зубные отложения не могут быть удалены с помощью порошка.

Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование порошка.

Необходимо очищать наконечник аппарата пескоструйного типа от остатков порошка по окончании применения.

Избегать попадания влаги в порошок.

Не оставлять порошок в резервуаре аппарата пескоструйного типа.

Не используйте порошок после истечения срока годности.

Не используйте порошок при повреждённой упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Аллергическая реакция при непереносимости компонентов порошка. При подозрении на аллергию от использования следует отказаться.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок на основе натрия бикарбоната применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошка врачу и пациенту необходимо защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, использовать слюноотсос.

Перед началом применения порошка флакон следует встряхнуть. Перед этим необходимо убедиться, что крышка флакона плотно закрыта.

Резервуар аппарата необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Каждую поверхность зуба следует обрабатывать не более 3-4 секунд, не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми

движениями. Струя должна быть направлена от десны. Для поддесневого использования необходимо использовать специально предназначенную насадку.

Внимание! Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к классу Б классификации медицинских отходов и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам.

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, относятся к классу А классификации медицинских отходов, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым государственным законодательным нормам (СанПиН 2.1.3684-21).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственность «АЛЬФАДЕНТ»

ООО «АЛЬФАДЕНТ»

Россия, 610010, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная, д. 5, помещ. 1003

e-mail info@g-white.ru

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ



Дата изготовления

Годен до



Изготовитель



Код партии



Номер по каталогу



Не допускать воздействия солнечного света



Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде



Температурный диапазон



Не допускать воздействия влаги

Дата последней редакции: январь 2025 г.